




Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

Стр.Посл. : 8
Позиция : Vial 6
Ввод : 1
Объем : 30 μ л

MIP-WRE.M
ар
а в биожидкостях



Отчет Внутренний Стандарт

Сортировка по : Сигнал
Калиб. Данные Изменены: 23.09.2013 13:37:05
Множитель : 1.0000
Разбавление : 1.0000
Не применять Множитель & Разбавление к ISTD
Sample ISTD Information:
ISTD Кол-во ISTD Имя
[г/л]

1	4.00000	Пропанол
1	4.00000	Пропанол

Сигнал 1: FID1 A,

Вр. Уд. [мин]	Тип	Площадь [pA*s]	Сод/Площ соотн.	Содерж-ие [г/л]	Грп	Имя
0.885	-	-	-	-	-	Метанол
0.921	BB	8.97735	1.55838	2.90791e-1	-	Этанол
0.973	-	-	-	-	-	изо-Пропанол
1.018	VBAВ+I	192.44238	1.00000	4.00000	-	Пропанол

Всего без ISTD : 3.53539e-1

Результаты получены с улучшенным интегратором!
1 Сообщения или ошибки :

Предупреждение : Калибруемые соединения не обнаружены

*** Конец Отчета ***